SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH ĐỒNG NAI
THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 /KL-TTra

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
Về an toàn bức xạ và đo lường
Quyết định số 30/QĐ-TTra ngày 19/4/2016

Căn cứ Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/5/2016 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 30/QĐ-TTra ngày 19/4/2016 của Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra về an toàn bức xạ và đo lường

Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Thực hiện Quyết định thanh tra số 30/QĐ-TTra ngày 19/4/2016 về việc thanh tra về an toàn bức xạ và đo lường, từ ngày 19/4 đến ngày 13/5/2016, Đoàn thanh tra đã tiến hành thực hiện thanh tra đối với 11 đối tượng thanh tra.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Các nội dung đã tiến hành thanh tra: Việc chấp hành các quy định pháp luật đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị x-quang y tế và chấp hành pháp luật đo lường kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

- *Thiết bị bức xạ y tế đã kiểm tra:* 24 (có giấy phép sử dụng 23; không có giấy phép 01 - Bệnh viện Quân y 7B)

- *PTĐ nhóm 2 đã kiểm tra:*

- Tổng số PTĐ đã kiểm tra: 279

+ Số PTĐ đã kiểm định: 78

+ Số PTĐ chưa kiểm định/ chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực: 201

3. Nhận xét và kết luận:

- **Về chấp hành pháp luật an toàn bức xạ:** 11 đối tượng thanh tra hiện quản lý, sử dụng 24 thiết bị bức xạ y tế, trong đó 23 thiết bị bức xạ có giấy phép

sử dụng, 01 thiết bị chưa có giấy phép, chủ sở hữu thiết bị đang hoàn chỉnh điều kiện để xin cấp phép sử dụng (Bệnh viện Quân y 7B); 10 đối tượng thanh tra đã thực hiện các quy định đảm bảo an toàn bức xạ như đánh giá an toàn phòng đặt thiết bị bức xạ, kiểm tra chất lượng máy định kỳ hàng năm, kiểm xạ định kỳ hàng năm khu vực làm việc của nhân viên bức xạ, trang bị phòng hộ lao động, liều kế cá nhân và đánh giá liều kế định kỳ hàng quí. Một đơn vị vi phạm pháp luật năng lượng nguyên tử, không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo qui định(PKĐK 198).

- **Về chấp hành pháp luật đo lường:** 11 đối tượng thanh tra sử dụng 279 phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động khám chữa bệnh, trong đó 78 phương tiện đo có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực, 201 phương tiện có chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực và không có chứng chỉ kiểm định.

Các đơn vị thực hiện đúng qui định pháp luật đo lường, kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 đang sử dụng gồm có Phòng khám đa khoa (PKĐK) Phúc Trạch, PKĐK Lê Thành; Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.

Các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ qui định pháp luật đo lường, kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 đang sử dụng gồm có Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh Đồng Nai, PKĐK 198, Bệnh viện Quân y 7 B, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, PKĐK Ái Nghĩa Long Thành, Nhơn Trạch, Bệnh viện đa khoa Nhi Sài Gòn - Chí nhánh Đồng Nai, Phòng khám bệnh đa khoa - Trung tâm Y tế -Môi trường lao động Công Thương.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm về an toàn bức xạ và đo lường và nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị vi phạm. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã xử lý:

- Yêu cầu các đơn vị mới được thanh tra lần đầu về chấp hành pháp luật đo lường và đơn vị quản lý theo ngành dọc: Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh Đồng Nai, PKĐK 198, Bệnh viện đa khoa Nhi Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Nai và Bệnh viện Quân y 7B thực hiện kiểm định các phương tiện đo nhóm 2 theo pháp luật qui định và báo cáo việc kiểm định cho Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trong tháng 5/2016.

- Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và an toàn bức xạ đối với các đơn vị:

+ PKĐK 198 về hành vi không thực hiện đánh giá liều chiếu xạ cá nhân; Phạt tiền 9.000.000 đồng.

+ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành về hành vi sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.00 đồng, không có chứng chỉ kiểm định; Phạt tiền 10.000.000 đồng.

+ Công ty TNHH PKĐK Ái Nghĩa về hành vi sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.00 đồng, không có chứng chỉ kiểm định; Phạt tiền 10.000.000 đồng.

+ Phòng khám bệnh đa khoa - Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương về 2 hành vi: sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có giá trị từ 1.000.000 đồng đến 30.000.00 đồng, không có chứng chỉ kiểm định và Trì hoãn thực hiện yêu cầu của Đoàn thanh tra ATBX&ĐL ngày 19/3/2015: làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức trước ngày 30/4/2015; Phạt tiền 21.000.000 đồng.

Nơi nhận:
- Giám đốc Sở và Phó GĐ ;
- Đoàn Thanh tra;
- Các đối tượng thanh tra;
- Lưu: VT, TTr

D:\036KLTTrQĐ30.2016.doc/15b

CHÁNH THANNH TRA

Lâm Sơn Hà